



양식장 수족관 개별수질측정 키트

LaMotte (U.S.A)

용도에 따라 측정하고자 하는 항목별로 선택하는 수질측정키트



규격

측정 항목	Code No.	Water	측정 방법	측정 범위	횟수
용존산소(DO)	5860+	Fresh or Salt Water	Direct Reading Titrator All liquid system	0 ~ 10 ppm O ₂ in 0.2 ppm increments	50
경도	4824-LT-01	Fresh or Salt Water	Direct Reading Titrator for Total, Calcium & Magnesium Hardness	0 ~ 200 ppm as CaCO ₃ in 4.0 ppm increments	50
	4482-DR-LT	Fresh or Salt Water	Direct Reading Titrator for Calcium Hardness	0 ~ 200 ppm as CaCO ₃ in 4.0 ppm increments	50
	3609	Fresh or Salt Water	Direct Reading Titrator for Total Hardness	0 ~ 200 ppm or 0 ~ 2,500 ppm	50
철	3318	Fresh or Salt Water	Octa-Slide, for Total Iron	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 ppm Fe	100
	7787	Fresh or Salt Water	Octet Comparator with Axial Reader for Total Iron	0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ppm Fe	50
질산성 질소	3354	Fresh or Salt Water	Octa-Slide	0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15 ppm NO ₃ -N	50
	3319	Fresh or Salt Water	Octa-Slide	0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 ppm NO ₃ -N	50
아질산성 질소	7674-01	Fresh or Salt Water	Octet Comparator with Axial Reader	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 ppm NO ₂ ⁻	50
	3352	Fresh or Salt Water	Octa-Slide	0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 ppm NO ₂ -N	50
오존	DC-1200-OZ 3678-01	Fresh or Salt Water	Single test digital colorimeter, Indigo Blue method	0 ~ 0.4 ppm O ₃ /0.04 detection limit	100
	3526 LP-62		DPD Tablet Octet Comparator With Axial Reader	0.01, 0.03, 0.07, 0.11, 0.2, 0.4, 0.7, 1.0, 1.0 ppm O ₃	50
인산	3121-01	Fresh or Salt Water	Octet Comparator With Axial Reader	0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 ppm PO ₄ ³⁻	50
pH	3353	Fresh or Salt Water	Octa-Slide	5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0pH	50
	2159-01	Salt Water	Octet Comparator	7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4pH	100
황화물	3322	Fresh or Salt Water	Octet Comparator for Total Sulfide	0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 ppm S ²⁻	50